

 <p>Via della Pace, 21 20098 S. Giuliano Milanese (MI) - Italy Tel. +39-02-98248016 Fax. +39-02-98247361 www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it</p>	<h2>SCHEDA TECNICA</h2> <h3>Sfigmomanometro ad aneroide modello da tavolo e da parete</h3> 	<p>Rev. 02 Giugno 2010</p>
--	---	--------------------------------

<b>Codice</b>	<b>LF-1000</b>
---------------	----------------

<b>CND</b>	<b>C9006</b>	<b>Repertorio</b>	<b>15540/R</b>
------------	--------------	-------------------	----------------

### Indicazioni

Sfigmomanometro ad aneroide per la misura della pressione arteriosa in ambito medico ospedaliero.

### Descrizione

Sfigmomanometro ad aneroide modello da tavolo e da parete.

Sistema di misura con camera d'aria a 2 tubi (1 tubo diretto alla monopalla – 1 tubo diretto al manometro).

Grande quadrante orientabile, di diametro 140 mm con scala graduata a 2 colori.

Manometro protetto da eccessiva pressione.

Valvola di regolazione aria completamente in metallo.

Bracciale per adulti realizzato in nylon con chiusura a velcro e con anello metallico per facilitare l'avvolgimento.

**Chassis, bracciale ed astuccio di colore blu.**

### Controindicazioni e Avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

### Componenti

Manometro

- chassis in materiale plastico ABS
- meccanismo in rame
- quadrante graduato in alluminio
- lancetta antimagnetica in lega di bronzo e stagno
- lente protezione quadrante in plastica

Bracciale

- fodera in nylon con cuciture
- velcro
- anello metallico cromato
- camera d'aria, tubi e monopalla in poliuretano – latex free

### Pulizia

Manometro

- utilizzare un panno morbido ed asciutto

Bracciale

- utilizzare un panno morbido leggermente imbevuto di detergente non aggressivo e schiumoso.

 <p>Via della Pace, 21 20098 S. Giuliano Milanese (MI) - Italy Tel. +39-02-98248016 Fax. +39-02-98247361 www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it</p>	<h2>SCHEDA TECNICA</h2> <h3>Sfigmomanometro ad aneroide modello da tavolo e da parete</h3> 	<p>Rev. 02 Giugno 2010</p>
--	---	--------------------------------

### Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto.  
Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.  
Arrotolare il tubo prolunga con cautela evitando di formare angoli.

### Caratteristiche Tecniche

Produttore:	INTERMED S.r.l. – S. Giuliano Milanese – Italia
Parametri rilevati:	pressione arteriosa
Metodo di misura:	auscultatorio Riva Rocci Korotkoff
Pressurizzazione:	manuale mediante monopalla
Range pressione di gonfiaggio:	0 – 300 mmHg
Campo di applicazione:	adulti, bambini e neonati
Conformità:	Dispositivo Medico classe I con funzioni di misura, conforme alla Direttiva CEE 93/42