DEMARTA VIRGINIO MEDICAL AND HEALTH CARE SUPPLIER	**SCHEDA TECNICA** **CUSCINO "ORTHOGEL"**	**Rev. 0** **GEN /2014**
ISO 13485	**DEMARTA VIRGINIO SAS** Via Bozzalla 20 - 13814 - Pollone - BI - Italy Tel. 015 9555440 Fax. 015 9555441	ISO 9001

DESTINAZIONE D'USO

Cuscino in Gel Fluido Automodellante "ORTHOGEL" per la prevenzione delle piaghe da decubito.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Cuscino Antidecubito composto da gel fluido automodellante in Uretano e Ortholite racchiuso in una sacca con saldatura ad alta frequenza con base anatomica in espanso.
- Portata Terapeutica circa 120 Kg.
- La fodera esterna è in 100% poliestere ed è dotata di una maniglia per il trasporto, cerniera e una base antiscivolo (lavaggio 40° C).

MODALITÀ D'IMPIEGO

Posizionare il dispositivo sulla sedia o carrozzina con la base antiscivolo rivolta verso il basso.

DIMENSIONI E PESO

- 38 x 40 cm - spessore circa 5 cm - circa 2,0 Kg.
- 46 x 48 cm - spessore circa 5 cm - circa 2,5 Kg.
- 48 x 50 cm - spessore circa 5 cm - circa 2,8 Kg.

MANUTENZIONE FODERA

MANUTENZIONE

Disinfezione possibile con disinfettanti diluiti al 5% anche di base alcoolica.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

- Si consiglia l'uso ad un solo utente.
- Utilizzare e conservare in posizione orizzontale.
- Il prodotto deve essere conservato e utilizzato lontano da fiamme libere e fonti di calore.
- Il dispositivo non deve entrare in contatto con oggetti appuntiti o taglienti.
- Il dispositivo deve essere sanificato prima dell'eventuale riutilizzo.
- Non si è a conoscenza di eventuali effetti collaterali.

SMALTIMENTO

Il dispositivo deve essere smaltito secondo le normative vigenti nel paese.

VALUTAZIONE RISCHIO DI INSORGENZA LDP

Adatto a paziente con rischio medio-alto di decubito.

- Indice Braden: 12/13
- Scala Norton: 12

CODICE ARTICOLO

05.01.320

CODICE ISO: 03.33.03.012

RDM: 1074275/R **CND:** Y033303

NORME E DIRETTIVE DI RIFERIMENTO

- CLASSIFICAZIONE CE -(DIRETTIVA 93/42/CEE) - Classe I non in vitro e senza funzione di misura.
- EN-ISO 12182:2012
- UNI CEI EN ISO 14971:2012