

Rev. 01  
Aprile 2010

 **LifeMED**

## Scheda tecnica

051-0-111 – VARIUS

Sfigmomanometro palmare ad  
aneroide anti-shock

 **INTERMED**  
Attrezzature e strumenti medicali



Codice	Descrizione
051-0-111	Sfigmomanometro ad aneroide di tipo palmare – modello CLINICUS I

Indicazioni	
Produttore	BOSO – Bosch & Sohn GmbH – Jungingen, Germania
CND	Z12040199
Repertorio	270676
Conformità	Dispositivo Medico di classe I con funzioni di misura conforme alla Direttiva CEE 93/42

### Indicazioni

Sfigmomanometro ad aneroide per la misura della pressione arteriosa in ambito medico ospedaliero.

### Descrizione

Sfigmomanometro ad aneroide di tipo palmare con sistema di misura a 1 tubo, dotato di quadrante di diametro 60 mm, manometro protetto da eccessiva pressione e valvola di regolazione aria in plastica. Il manometro ha uno chassis in materiale plastico, il meccanismo in ottone, il quadrante graduato in alluminio e la lente di protezione del quadrante in plexiglass.

Bracciale per adulti realizzato in poliammide con chiusura a velcro.

### Accessori presenti all'interno della confezione

051-0-111 – VARIUS
Bracciale adulti
Custodia di trasporto

**INTERMED s.r.l.**

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it  
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

## Caratteristiche tecniche

Parametri rilevati:	Pressione arteriosa
Metodi di misura:	auscultatorio Riva Rocci Korotkoff
Pressurizzazione:	manuale mediante monopalla
Range pressione di gonfiaggio:	0 – 300 mmHg
Campo di applicazione:	adulti, bambini e neonati

## Controindicazioni e avvertenze

Leggere attentamente il manuale di istruzioni a corredo con lo strumento.

## Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

## Manutenzione e pulizia

Utilizzare un panno morbido leggermente imbevuto di detergente non aggressivo e schiumoso.

## Modalità di smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

## Garanzia

2 anni per difetti di fabbricazione.

## Accessori

111-4-250	Bracciale adulti a 1 tubo completi di camera d'aria e chiusura a velcro, dimensioni 53 x 14 cm – circonferenza 22 -32 cm , coloro nero.
110-4-250	Bracciale adulti a 1 tubo completi di camera d'aria e chiusura a velcro, dimensioni 53 x 14 cm – circonferenza 22 -32 cm , coloro blu.
111-4-130	Bracciale obesi a 1 tubo completi di camera d'aria e chiusura a velcro, dimensioni 64 x 15 cm – circonferenza 33 -41 cm , coloro nero.
111-4-200	Bracciale obesi a 1 tubo completi di camera d'aria e chiusura a velcro, dimensioni 84 x 14 cm – circonferenza oltre 41 cm , coloro nero.
211-4-300	Bracciale bambini a 1 tubo completi di camera d'aria e chiusura a velcro, dimensioni 34 x 10 cm – circonferenza 14 -21 cm , coloro nero.
211-4-310	Bracciale bambini piccoli a 1 tubo completi di camera d'aria e chiusura a velcro, dimensioni 28 x 6,5 cm – circonferenza 8 -13 cm , coloro nero.
311-4-350	Bracciale infanti a 1 tubo completi di camera d'aria e chiusura a velcro, dimensioni 34 x 6 cm – circonferenza inferiore a 8 cm , coloro nero.

## INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it  
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142