

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 02 – 15.04.2010	Modulo STD
--------------------------------------	----------------------	-------------------

SRS120/xx	Bisturi monouso CHIMO Carbon Steel
------------------	---

Destinazione d'uso

Bisturi chirurgici monouso

Caratteristiche principali

Bisturi monouso sterili con lama in acciaio Carbon Steel. Ogni bisturi è confezionato singolo in due fogli di alluminio di spessore 0,08mm saldati tra di loro, apribile a strappo. Sulla lama è presente un cappuccio in polietilene a bassa densità. Manico in ABS. Confezione da 10 pz. Sterilizzati a Radiazioni Gamma. Disponibili nelle Fig. 10-11-12-18-15-20-21-22-23-24..

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante ai sensi 93/42	<i>SUZHOU KYOUAN MEDICAL APPARATUS CO.</i>
Paese di produzione	<i>CINA</i>
Classe di dispositivo 93/42	<i>Classe IIA</i>
Metodo di sterilizzazione	<i>Raggi gamma Dosaggio minimo 25 K.Gy.</i>
Codice di classificazione GMDN	<i>47569</i>
Codice di classificazione CND	<i>V010301</i>

COMPOSIZIONE ACCIAIO

Riferimenti normativi	<i>BS 2982 : 1992</i>
Carbonio	<i>1,20-1,30%</i>
Cromo	<i>0,10-0,40%%</i>
Silicio	<i>0,10-0,35% max</i>
Manganese	<i>0,20-0,45% max</i>
Fosforo	<i>0,035% max</i>
Zolfo	<i>0,025% max</i>

MATERIALI PRINCIPALI A CONTATTO CON IL PAZIENTE

Lama	<i>Acciaio Carbon Steel</i>
-------------	-----------------------------

VARIANTI

Figure disponibili	<i>10 – 11 – 12 – 15 – 18 – 20 – 21 – 22 – 23 - 24</i>
---------------------------	--