COLLARINO DA VIAGGIO - CODICE 28555

Dispositivo non invasivo di classe I (direttiva 93/42/CFF e D Las 46/1997 e s m i) MANUALE D'USO E MANUTENZIONE



DESCRIZIONE: Collarino realizzato in fibra cava siliconata utilizzato per alleggerire la tensione cervicale durante il viaggio e come antidecubito. COMPOSIZIONE: • Esterno: 100% cotone. • Interno: fibra di poliestere caya siliconata.

INDICAZIONI: Prevenzione delle pigghe da decubito.

AVVERTIMENTI: Nonostante la grande semplicità d'uso del dispositivo si raccomanda il suo utilizzo da parte di personale medico e para medico adequatamente formato.

PRECAUZIONI: Relativamente alla reazione al fuoco, il dispositivo non è ignifugo.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ: La ditta GIMA S.p.A. DICHIARA che il presente dispositivo non invasivo di classe I è conforme alla Direttiva Furopea 93/42/CFF concernente i dispositivi medici (recepita dallo Stato italiano con D.Las. 46 del 24 Febbraio 1997 e s.m.i.).

MANUTENZIONE: Il dispositivo è lavabile con lavaggio delicato con saponi neutri a 30/40°C, è anche possibile effettuare un lavaggio a secco con percloroetilene, si sconsiglia invece il candeggio. Si raccomanda di non stirare.

Relativamente all'invecchiamento dei dispositivi non si segnalano particolari fenomeni, se non la normale usura dovuta all'utilizzo protratto nel tempo. Un utilizzo corretto e lavaggi delicati possono determinare un tempo di vita maggiore del dispositivo.

La Ditta produttrice non risponde di eventuali variazioni delle caratteristiche tecniche dell'ausilio in caso di mancata osservanza delle modalità di lavaaaio.









DISINFEZIONE: Utilizzare prodotti disinfettanti con presidio medico chirurgico.

CONSERVAZIONE: Conservare preferibilmente in posizione orizzontale, al riparo da sorgenti di luce, calore e umidità.

SMALTIMENTO: I dispositivi possono essere considerati come rifiuti non pericolosi e pertanto possono essere smaltiti in modo ordinario.

La Ditta GIMA S.p.A. non assume alcuna responsabilità per danni a persone o a cose causati da un comportamento scorretto o da un uso improprio del dispositivo.

Eventuali suagerimenti riguardanti il prodotto possono essere resi noti alla nostra ditta, essi saranno sicuramente accolti se potranno portare un reale mialioramento.

