

## KIT KOMETA ME 600

### SCHEMA TECNICA

**PRODUTTORE: MEDILAND srl – Viale delle Industrie 5 – 20020 ARESE (MI)**

**DESCRIZIONE:** KIT KOMETA ME 600 COMPLETO DI COMPRESSORE ME 700 A PRESSIONE ALTERNATA CON REGOLATORE DI FLUSSO E MATERASSO ME600 AD ELEMENTI INTERCAMBIABILI E RIVESTIMENTO BIOELASTICO IMPERMEABILE - TRASPIRANTE

**CODICE ISO: 03.33.06.021**

**CODICE Nr.: 855762**

**REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) – Nr. 615948/R**



#### **Compressore Kometa ME700 con regolatore di pressione cod. 855782**

- **REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) – Nr. 321161/R**
- **Tensione e frequenza:** 230 V / 50 Hz.
- **Potenza assorbita :** < 10W
- **Aria in uscita:** 6 lt
- **Ciclo:** 5 minuti con materasso Komet Press
- "Bubble", 10 minuti con materasso "Wave" o ME 600
- **Range pressione:** 40 – 110 mmHg
- **Peso apparecchio:** Kg 1,2
- **Rumorosità:** < 35 dB
- **Cavo di alimentazione:** si (3 m)
- **Dimensioni:** cm 10,5 x 22,5 x 10

#### **Materasso Kometa ME600 a tubi intercambiabili cod. 855766**

- **REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) – Nr. 321169/R**
- **Materiale :** In Nylon e PVC con trattamento antibatterico ATOSSICO
- **Dimensioni:** cm 200 x 90 x 11,5 gonfiato
- **Altezza elemento:** cm 11,5
- **Numero elementi:** 18
- **Peso:** Kg 4
- **Portata massima:** Kg 130
- **Rivestimento per materassino a tubi intercambiabili cod. 855768**
- **Materiale:** Nylon/PVC impermeabile - traspirante

**APPLICAZIONE:** INDICATO PER PAZIENTI A MEDIO-ALTO RISCHIO DI DECUBITO O CON DECUBITO PERSISTENTE

**CONFORMITÀ:** MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993 E DL. 46 del 24/02/1997. IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE I.

