

MARTELLETTO PER RIFLESSI TIPO BUCK

Ref. 9502.30.000



L'immagine del dispositivo è puramente indicativa.

Descrizione

Martelletto in ottone cromato completo di ago e spazzolino estraibili.

Testina ottone cromato e gomma nera.

Lunghezza complessiva 18 cm.

Destinazione d'uso

Martelletto utilizzato per l'esame del riflesso in ambito di esami neurologici.

Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Codice CND	L160101	
Identificativo di Registrazione BD/RDM	98029/R	
Conformità alla Direttiva 93/42/CEE modificata dalla Direttiva 2007/47/CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Classe del dispositivo medico - 93/42/CEE	<input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> Im <input type="checkbox"/> Is <input type="checkbox"/> IIa <input type="checkbox"/> IIb <input type="checkbox"/> III	
Marchatura CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Ente Certificatore	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> n/a
Sterile	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Latex Free	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Anno immissione in commercio	1996 (Intermed)	
Fabbricante	F. Bosch GmbH & Co. KG	
Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP	n/a	
Distributore	INTERMED S.r.l.	

Materiali

Testina	Ottone cromato con rivestimento in gomma nera
Manico	Ottone cromato
Ago estraibile	Ottone cromato

Dimensioni

Lunghezza	18 cm
-----------	-------

Informazioni utili*

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.
CONSERVAZIONE	Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.
MANUTENZIONE E PULIZIA	Utilizzare un panno morbido leggermente imbevuto di detergente non aggressivo e schiumoso. Disinfettare con detergenti a base alcolica.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di rifiuti sanitari.

*Per ulteriori dettagli attenersi alle istruzioni fornite dal fabbricante.

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
9502.30.000	Martelletto per riflessi modello <i>Buck</i>	1

Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
1.0	10/06/2016	Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito.
2.0	03/11/2016	Modifica al layout delle tabelle di identificazione e caratteristiche tecniche di prodotto; aggiunta simbolo CE.
2.1	23/03/2020	Aggiunta peculiarità del prodotto

