


LETTO ELETTRICO PER DEGENZA CON SPONDE IN ALLUMINIO

Ref. LT10-ALLUM



Descrizione

Telaio rete - Struttura portante perimetrale esterna costruita in profili di acciaio a sezione rettangolare. Telaio a 4 sezioni mobili realizzato in tubo di acciaio a sezione tonda con piano rete in doghe di legno e guide reggi-materasso. Dotato di due attacchi per asta solleva-malato e asta porta flebo. Sezione alza-testa e sezione gambe regolabili tramite due attuatori elettrici 24 V DC con telecomando a filo dotato di chiave magnetica di attivazione. Sezione piedi con regolazione manuale a cremagliera. Sezione bacino fissa. Dotato di asta solleva-malato completo di maniglia e cinghia in nylon regolabile

Altezza variabile - La movimentazione verticale del piano rete compresa tra circa 43 cm di altezza minima e 86 cm di altezza massima è regolabile mediante due attuatori elettrici 24 V DC inseriti internamente ai pannelli delle spalliere del letto.

Trendelenburg - Movimento Trendelenburg fino a 10° e anti-Trendelenburg fino a 10° tramite comando sulla stessa pulsantiera, grazie alla movimentazione indipendente dei due attuatori elettrici integrati nelle spalliere.

Sponde - A scorrimento verticale, realizzate in alluminio, su guide fissate alle spalliere con blocco di fine corsa. Sblocco sponde tramite pulsante sulla spalliera.

Spalliere - Testiera e pediera smontabili in tubo di acciaio verniciato dotate di ruote girevoli Ø 100 mm con freno e copertura in pannelli a di legno.

Finitura - Verniciatura a forno 200°C con polveri epossidiche. Colore Beige.

Destinazione d'uso

Il letto è adibito esclusivamente alla degenza di persone.

Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	☒ SI	☐ NO
Codice CND	Y181210	
Identificativo di Registrazione BD/RDM	2210376/R	
Identificativo di registrazione EUDAMED	Non ancora rilasciato	
Conformità al Regolamento UE 2017/745 modificato dal Regolamento UE 2020/561	☒ SI	☐ NO
Classe del dispositivo medico – MDR 2017/745	☒ I ☐ Im ☐ Is ☐ IIa ☐ IIb ☐ III	
Marcatura CE	☒ SI	☐ NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	☒ SI	☐ NO
Ente Certificatore	☐ SI	☒ NO
Sterile	☐ SI	☒ NO
Latex Free	☒ SI	☐ NO
Anno immissione in commercio	2016	
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura.	
Fabbricante	INTERMED S.r.l.	
SRN Fabbricante	IT-MF-000013039	
Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP	n/a	
Distributore	INTERMED S.r.l.	

IDENTIFICAZIONE UDI

BASIC UDI-DI	805267997LETTIEACC5L
Codice Ref.	UDI-DI
LT10-ALLUM	8052679971619

Caratteristiche Tecniche

Peso complessivo	105 kg
Portata massima	180 kg
Lunghezza rete	200 cm
Lunghezza totale	212 cm
Larghezza rete	90 cm
Larghezza totale	102 cm
Altezza della rete dal suolo	Da 43 a 86 cm
Inclinazione alza-busto	70°
Inclinazione alza-gambe	30°

M4.2-03 Rev.5 03/06/2021

Trendelenburg – Anti-Trendelenburg	±10°
Alimentazione di rete	220 V – 50Hz
Tensione nominale attuatore	24 V
Livello di rumore	60 dB (A)
Classe di protezione da ingresso di solidi e liquidi	IPX4
Temperatura di utilizzo	Da -10°C a +50°C

Informazioni utili*

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.
CONSERVAZIONE	Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore e umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.
MANUTENZIONE E PULIZIA	Pulire con panno morbido e detergenti neutri. Non utilizzare sostanze acide e spugne abrasive.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

*Per ulteriori dettagli attenersi alle istruzioni d'uso a corredo con il dispositivo.

Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
LT10-ALLUM	Letto elettrico per degenza costituito da testiera, pediera, rete, componenti elettro-meccanici, sponde in alluminio e alza-malati ad innesto con maniglia. Articolo ripartito su tre colli.	1
Manuale d'uso	Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo	1

Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
0.3	07/06/2019	Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito.
1.0	08/07/2021	Nuova emissione scheda tecnica per aggiornamento normativo.
1.1	17/09/2021	Inserimento del SRN fabbricante
1.2	16/02/2022	Nuovo BMD per aggiornamento MDR

