

mediland srl
sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20020 Arese
Milano – Italy

sede legale:
via dei carantani, 1
21100 Varese



mediland.it info@mediland.it
T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

SEDIA PER DOCCIA E WC MOD. BLULINE

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE : Mediland Srl - Viale delle Industrie 5 - 20020 Arese (MI)

DESCRIZIONE : Sedia con ruote per doccia/wc (da comodo) manovrabile dall'accompagnatore

Codice ISO: 09.12.03.006 (Ex 09.12.03.003)

Codice CND: Y091203

Cod. Prodotto:

856201 seduta cm 44

Repertorio DM SSN (Art. 1 comma 409 legge 266/2005): 1354827/R



DESCRIZIONE:

Sedia da comodo/doccia, con ruote, utilizzabile per i servizi Doccia e WC.
Schienale e sedile rigidi imbottiti in PU SOFT idrorepellente.
Braccioli ribaltabili posteriormente con imbottitura di appoggio realizzata in PU SOFT.
Appoggiatesta regolabili in altezza, ribaltabili lateralmente ed estraibili.
Dispositivo WC estraibile posteriormente dotato di coperchio, lavabile e disinfettabile.

INDICAZIONI:

Ausilio destinato a persone con gravi limitazioni motorie permanenti o temporanee per facilitare e consentire l'evacuazione e l'uso della doccia in posizione seduta.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Materiale: Telaio in Alluminio (Duralluminio 6061) verniciato epossidico, antiruggine ed anticorrosione

Ruote: Quattro ruote diam. 5" (mm 127) tutte dotate di freno azionabile a pedale

Schienale: realizzato in PU, idrorepellente - Struttura telaio schienale estraibile

Sedile: realizzato in PU estraibile, idrorepellente, con apertura anatomica ad "U" per utilizzo sul WC. E' disponibile su richiesta la versione del sedile con foro Centrale.

Appoggiatesta: realizzati in PA+GF (nylon - poliammide rinforzato), regolabili in altezza, estraibili

DATI TECNICI:

Larghezza seduta: cm 44

Profondità seduta: cm 42

Altezza seduta: cm 52,5

Larghezza totale: cm 56 a cm 66 secondo larghezza seduta

Profondità totale: cm 87

Altezza totale: cm 98

Portata massima: Kg. 160 (

Peso: Kg. 14,5 a kg. 17 secondo larghezza seduta

AGGIUNTIVI DISPONIBILI (solo su richiesta):

- Cinghia a Bretellaggio (Cod.ISO 09.12.91.015)
- Pelotte toracali fornite in coppia (Cod.ISO 09.12.91.018)

CONFORMITA':

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.

